

## CHORUS VARICELLA IgM CONTROL SERUM

**EAN kód:** 8033891328054

**Katalogové číslo:** 81536

**Velikost balení:** 2 x 0,4 ml

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



### Obecné informace o výrobku:

- Kontrolní materiál na bázi lidského séra obsahující specifické protilátky.
- Slouží k vyhodnocení přesnosti a správnosti použití přístroje Chorus Trio.

### Stručný pracovní postup:

1. Načtení čárových kódů kontrolního séra a typu testu.
2. Manuální pipetování kontrolního séra.
3. Vložení testu do přístroje.
4. Spuštění přístroje.
5. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na: <http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/>