

CKSTLN Borrelia VlsE IgG

EAN kód: 8595635304552

Katalogové číslo: BGVTLN

Velikost balení: 3,5 ml

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



Informace o výrobku:

- CKS jsou kontrolní materiály na bázi krevního séra či plazmy s deklarovaným obsahem protilátky vyšetřené jak metodami TestLine, tak i nezávislou metodou v klinické laboratoři.
- CKS slouží k ověření odhadu náhodné a systematické chyby obsažené ve výsledku laboratorního měření v souladu s požadavky na nezávislé ověření kvality ve smyslu ČSN EN ISO 17511:2003.
- CKS jsou určena pro konkrétní ELISA soupravy firmy TestLine. Je pro ně vydán „Certifikát“, ve kterém jsou pro každou šarži uvedeny hodnoty: šarže CKS, expirace dané šarže a informace pro jakou ELISA soupravu firmy TestLine je CKS určeno.
- CKS jsou dodávána v konečném ředění pro použití pouze se soupravami TestLine.
- Expirace je 24 měsíců od data výroby.

Využití výrobku:

- Ověření dosahovaných výsledků imunodiagnostických vyšetření.
- Výpočet reprodukovatelnosti a opakovatelnosti.

Stručný pracovní postup:

1. Ředění kontrol a vzorků podle návodu příslušné soupravy.
2. Dávkování CKS dle návodu soupravy.
3. Další postup dle návodu odpovídající diagnostické soupravy TestLine.

4. Statistické vyhodnocení pomocí programu VERI test.