

## Control set CLIA Helicobacter MONO IgG

**EAN kód:** 8595635310959

**Katalogové číslo:** CL-HMGCON

**Velikost balení:** 2x20 testů

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



- Sada je určena k použití spolu se soupravami CLIA na analyzátoru KleeYa<sup>®</sup>.
- Sada pozitivních a negativních kontrolních sér, slouží k ověření funkčnosti CLIA testů a správnosti získaných výsledků.

Více informací naleznete na [stránkách BiovendorGroup CLIA](#).