

Control set CLIA Sm

EAN kód: 8595635311116

Katalogové číslo: CL-Sm0CON

Velikost balení: 2x20 testů

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



- Sada je určena k použití spolu se soupravami CLIA na analyzátoru KleeYa®.
- Sada pozitivních a negativních kontrolních sér, slouží k ověření funkčnosti CLIA testů a správnosti získaných výsledků.

Více informací naleznete na [stránkách BiovendorGroup CLIA](#).