

## Control set CLIA VZV IgM

**EAN kód:** 8595635311260

**Katalogové číslo:** CL-VZVMCON

**Velikost balení:** 2x20 testů

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



- Sada je určena k použití spolu se soupravami CLIA na analyzátoru KleeYa®.
- Sada pozitivních a negativních kontrolních sér, slouží k ověření funkčnosti CLIA testů a správnosti získaných výsledků.

**Více informací naleznete na stránkách BiovendorGroup CLIA.**