



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Křižíkova 188/68 IČ: 47913240
612 00 Brno – Královo Pole
Česká republika, CZ-EU Tel: +420 549 121 259

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Výrobek: Sušička laboratorních vzorků
Typové označení: SV-190-170-134
Obchodní název: Microblot-Array dryer
Popis výrobku: Zařízení slouží k sušení mikrotitračních destiček.
Napájecí napětí 230 V AC, 50 Hz, příkon 240 W.

Výše popsaný předmět je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

TestLine Clinical Diagnostis s.r.o. prohlašuje, že uvedený výrobek byl ověřen dle:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., které je ekvivalentní směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/35/EU, nařízení vlád č. 117/2016 Sb., které je ekvivalentní směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/30/EU, ČSN EN 61010-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 4

Společnost má zaveden systém řízení kvality v souladu s následujícími normami:

- ČSN EN ISO 9001
- ČSN EN ISO 13485

Soubor veškeré dokumentace je uložen u výrobce.

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Datum a místo vydání:
16.08. 2021, Brno, ČR

Jméno: Bc. Lenka Hanáková
Funkce: Manažer kvality


TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
QUALITY CONTROL
Krizikova 68, 612 00 BRNO
tel.: +420549121219, tel./fax: +420541243390
VAT: CZ47913240
Czech Republic